

Präanalytische Maßnahmen

5.4 - 03

Interne Qualitätskontrolle für die Konkrementzusammensetzung mittels Infrarotspektrometrie

Muss in diesem Verfahren eine Qualitätskontrolle mitgeführt werden, obwohl die Funktionsfähigkeit des Spektrometers mit einer speziellen Polystyrolfolie nachgewiesen wurde?

Der Nachweis der reinen technischen Funktionsfähigkeit reicht nicht aus. Zusätzlich sind messtäglich zwei Presslinge aus humanem Material mit unterschiedlicher Komposition der häufigsten Steinkomponenten mitzuführen. Diese Presslinge können für längere Zeiträume zum wiederholten Einsatz aufbewahrt werden, z.B. in einem Exsikkator.

Relevant für folger	nde Untersuchungsgebiete:
	nie 🗌 Immunologie 🔲 Humangenetik 🗌 Mikrobiologie 🗌 Virologie
Transfusionsm	edizin/Immunhämatologie Patientennahe Untersuchungen
Übergangsfrist	entfällt, dieser Beschluss gilt ab sofort für bestehende Anerkennunger
Bezug	DIN EN ISO 15189, Pkt. 5.4
Quellen	Bestätigt auf der 5. Sitzung des Sektorkomitees am 26.05.2014
Schlüsselwörter	Interne Qualitätskontrolle, Infrarotspektrometrie
Stand	Mai 2014, ersetzt 8 A11 vom April 2010